

Zapytanie ofertowe

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) ze względu na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty 130 000 zł, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
2. Niniejsze *Zapytanie* nie stanowi zobowiązania Starostwa Powiatowego w Lesznie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup systemu sercowo-naczyniowego Coroflow dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz wymaganych – oferowanych parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. Forma, termin składania ofert oraz sposób obliczenia ceny

1. Ofertę należy złożyć przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl, lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B, pok. 103 do dnia **23 maja 2025 roku do godz. 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2025 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
3. W przypadku oferty składanej elektronicznie, oferta może być złożona w formie skanu dokumentu opatrzonego tradycyjnym podpisem lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Do oferty należy dołączyć Formularz wymaganych – oferowanych parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8. Przewiduje się odrzucenie oferty, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) oferta została złożona po upływie terminu składania ofert.
- 9. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert w zakresie kryteriów wyboru ofert, celem ich ulepszenia.
 - 10. Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyborze oferty.
 - 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

V. Kryteria wyboru oferty

- 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto za dostawę urządzenia medycznego będącego przedmiotem zamówienia.
- 2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym dostawę, instalację, szkolenie personelu.
- 3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

VI. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Katarzyna Tyczyńska – tel. 65 529-68-34

VII. Postanowienia umowy

Z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę brutto za dostawę urządzenia medycznego będącego przedmiotem zamówienia zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

VIII. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Leszczyński z siedzibą w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B. Z Administratorem, można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@powiat-leszczynski.pl, na adres siedziby administratora;
 - 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@powiat-leszczynski.pl, pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej) lub telefonicznie: 65 529-68-36;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania

- sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Starostwie Powiatowym Lesznie jako jednostce sektora finansów publicznych;
- 4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020r. poz. 164 ze zm.);
 - 5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
 - 6) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Starostwa Powiatowego w Lesznie w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 - 7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Lesznie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Leszczyński;
 - 8) przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) ich sprostowania,
 - c) ograniczenia ich przetwarzania,
 - d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - e) wniesienia sprzeciwu.
 - 9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 - 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 - 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
2. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Lesznie przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Z up. STAROSTY
/-/ Rafał Jagodzik
Wicestarosta

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

**Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych systemu
sercowo-naczyniowego CoroFlow**

.....
(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, producent)

Lp.	Parametry wymagane przez zamawiającego	Parametry oferowane przez wykonawcę
System Sercowo-Naczyniowy CoroFlow		
1.	System sercowo-naczyniowy CoroFlow [®] Coroventis - zaawansowana platforma do oceny fizjologii wieńcowej z wykorzystaniem narzędzi właściwych dla stanów chorobowych osierdza, a także mikronaczyń. Oprogramowanie CoroFlow [®] , obsługujące komunikację bezprzewodową z przewodnikiem PressureWire™ X firmy Abbott, łatwe w użyciu zarówno w codziennej praktyce klinicznej, jak i w zaawansowanych badaniach.	
2.	System Coroflow przeznaczony do oceny fizjologicznej krążenia wieńcowego (tętnic nasierdżiowych oraz mikrokrażenia wieńcowego) posiadający możliwość rejestracji takich parametrów jak: Pd/Pa, FFR, RFR, CFR, CFR-Norm, PB-CFR, IMR, IMR-Corr, RRR, Absolut Flow/Resistance.	
3.	Z możliwością rejestracji dynamicznej odczytów przy wycofywaniu przewodnika pomiarowego celem rejestracji i precyzyjnej identyfikacji istotności zwężenia w przypadku występowania zwężeń wielopoziomowych tzw. „Pullback”. System może zostać zintegrowany ze wszystkimi wiodącymi producentami sprzętu angiograficznego w zakresie odczytywania wartości krwawego ciśnienia.	
4.	Oprogramowanie przez specjalną antenę „CoroHub” komunikuje się z przewodnikiem PressureWireX firmy Abbott pobierając aktualne dane ciśnienia oraz temperatury i porównując z ciśnieniem rejestrowanym przez czujnik ciśnień krwawych wykorzystywany przez polifizjomonitor dzięki przystawce Wi-Box włączonej w linię ciśnień krwawych. Połączenia bezprzewodowe, zapewniające pewne połączenie i bezpieczeństwo pacjenta.	

5.	Oprogramowanie zabezpieczone przed cyberprzestępczością hasłem, interfejs przejrzysty, sprzyjający obsłudze, z przewodnikiem wspierającym użytkownika podczas pomiarów, prowadząc go krok po kroku. Możliwość sterowania pilotem.	
----	---	--

Lp.	Parametry wymagane przez zamawiającego	Parametry oferowane przez wykonawcę
Prowadnik Preessure Wire X		
Prowadniki do FFR		
1.	prowadnik pomiarowy do oceny cząstkowej rezerwy wieńcowej zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW)	
2.	sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg	
3.	prowadnik wyposażony również w 2 sensory termiczne, umożliwiające takie pomiary jak CFR, IMR, jak również spoczynkowy indeks rezerwy wieńcowej oraz dP/dt	
4.	PTFE na części sztywnej	
5.	powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31cm	
6.	końcówka dystalna, dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania: 3 cm	
7.	hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w nadajniku radiowym (<u>możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014"</u>)	
8.	długość prowadnika 175cm	
9.	prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej	

Lp.	Parametry i warunki dostawy wymagane przez zamawiającego	Parametry i warunki dostawy oferowane przez wykonawcę
Instalacja - wersja mobilna systemu Coroflow		
1.	monitor – wymiary: długość 54 cm x szerokość 36 cm, przekątna ekranu 63 cm +/- 5 cm	
2.	półka na klawiaturę – długość 50,5 cm x szerokość 27 cm +/- 5 cm	

3.	klawiatura - długość 38 cm x szerokość 14 cm	
4.	wysuwana półka na myszkę – długość 20 x 16 cm	
5.	wysuwana podstawa ramienna – wysokość uzależniona od indywidualnych preferencji – standardowo h= 104cm	
6.	podstawa oparta na 5 kółkach – z możliwością blokady, średnica kółek 10 cm	
7.	waga: ok. 20 kg	
8.	powierzchnia łatwa do dezynfekcji	
9.	wykonanie 2 przeglądów technicznych w okresie gwarancji w siedzibie użytkownika - co 12 m-cy	

Lp.	Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego	Warunki gwarancji i serwisu oferowane przez Wykonawcę
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
2.	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Dostawca przeprowadzi przewidywane prawem testy, przeglądy techniczne i niezbędne czynności konserwacyjne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta i określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.	Jeżeli dotyczy - podać ilość koniecznych do wykonania przeglądów technicznych i częstotliwość ich wykonywania Jeżeli nie dotyczy - wpisać: producent sprzętu nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych
3.	Wykonanie i objęcie gwarancją elementów składowych, niezbędnych do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia (np. podstawa jezdna, przewody zasilające).	
4.	Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia.	
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim, a także paszport techniczny i karta gwarancyjna dostarczone wraz z urządzeniem - w formie papierowej i elektronicznej.	
6.	Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji oraz szkolenia personelu we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.	
7.	Serwis pogwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 10 lat - PODAĆ	
8.	Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.	
9.	Częstotliwość przeglądów w okresie gwarancyjnym- PODAĆ	

10.	Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy sprzętu- PODAĆ	
11.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24 godz. (w dni robocze), Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw - maks. do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii, Czas wykonania napraw - w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych.	
12.	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy – 3 PODAĆ	
13.	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego PODAĆ	
14.	Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres email pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy- PODAĆ	

.....
podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Formularz ofertowy

Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie	
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, województwo:..... ulica, nr domu, nr lokalu:.....	
Nr telefonu:	Nr faksu:
NIP:	REGON:
Strona internetowa:	e-mail:

- Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące **zakupu systemu sercowo-naczyniowego Coroflow dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie**, oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto w wysokości:zł (słownie:złotych),
cena netto:
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z *Zapytaniem ofertowym* i akceptujemy wszystkie warunki w nim zawarte.
- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy.
- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

....., dnia
miejscowość

.....
podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
(požadany czytelny podpis albo pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Wzór umowy

W dniu 2025 roku pomiędzy:
Powiatem Leszczyńskim, z siedzibą w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B, zwanym dalej
Kupującym, w imieniu którego działają:

Starosta Leszczyński –
Wicestarosta Leszczyński –

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu –

a

firmą z siedzibą w przy ul., w, NIP:, zwaną dalej Sprzedawcą,
w którego imieniu działa

w oparciu o wynik zapytania ofertowego zawarta została umowa.

Umowę zawarto z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) ze względu na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty 130 000 zł, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest **zakup systemu sercowo-naczyniowego Coroflow dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie**, zwanego dalej **Użytkownikiem**, zgodnie z ofertą z dnia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zawiera Formularz wymaganych-oferowanych parametrów, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć określony w ust. 1 przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Użytkownika w terminie **21 dni** kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.
4. Sprzedawca powiadomi Użytkownika oraz Kupującego o planowanym terminie realizacji przedmiotu całości zamówienia, tj. w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia personelu Użytkownika z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 2.

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty **złotych brutto** (słownie:zł) za przedmiot umowy, o którym mowa w §1. przelewem na konto Sprzedawcy podane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym bez uwag przez przedstawicieli: Sprzedawcy, Kupującego oraz Użytkownika.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia przedmiotu umowy Użytkownikowi (transportu i ubezpieczenia),

jego zainstalowanie i uruchomienie oraz koszty przeszkolenia personelu Użytkownika.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy podane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Sprzedawcę bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia o potrąceniu, na co Sprzedawca wyraża zgodę.

§ 3.

1. Potwierdzenie wykonania umowy w zakresie określonym w § 1. ust. 1 umowy stanowi, podpisany bez uwag przez przedstawicieli: Sprzedawcy, Kupującego oraz Użytkownika, protokół zdawczo-odbiorczy łącznie z fakturą.
2. Osobą wyznaczoną ze strony Kupującego do kontaktów ze sprzedawcą w zakresie realizacji zamówienia oraz do odbioru sprzętu i podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego jest, tel., e-mail.
3. Osoby wyznaczone ze strony Użytkownika do kontaktów ze sprzedawcą w zakresie realizacji zamówienia oraz do odbioru sprzętu i podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego:
 - 1), tel., adres email:
 - 2), tel., adres email:
4. Osobą wyznaczoną ze strony Sprzedawcy do kontaktów z Kupującym i Użytkownikiem w zakresie realizacji zamówienia oraz do dostawy sprzętu i podpisu protokołu zdawczo-odbiorczego jest, tel., e-mail.
5. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji.

§ 4.

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, oraz w przypadku niewykonania umowy w terminie, o którym mowa w § 1. ust. 3 umowy.

§ 5.

1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni kompletny i nadaje się do bieżącej eksploatacji.
2. Sprzedawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze miesięcy, która biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony umowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych).
3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od tych wad, w terminie **5 dni od daty złożenia reklamacji**.
4. W razie odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może wnieść wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwego biegłego rzeczoznawcę bez akceptacji Sprzedawcy.

5. Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Sprzedawca.
6. Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane (jeśli dotyczą) będą przez autoryzowane przez producenta sprzętu, placówki serwisowe w siedzibie Użytkownika.
7. W przypadku awarii przystąpienie do naprawy w ciągu godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych, jednak czas reakcji nie dłuższy niż 24 godziny). Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00- 15.00.
8. Czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw wynosi dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych, jednak czas nie dłuższy niż 3 dni robocze)
9. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów dni roboczych (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych, jednak czas nie dłuższy niż 10 dni roboczych).
10. Wykonanie napraw gwarancyjnych danego podzespołu zobowiązują Sprzedawcę do wymiany danego podzespołu na nowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu wymaganych-oferowanych parametrów technicznych, jednak nie mniej niż 3 naprawy gwarancyjne).
11. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem (tel. ..., e-mail....., godziny pracy serwisu.....).

§ 6.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kary umownej w razie wystąpienia zwłoki w terminie realizacji zamówienia określonego w § 1. ust. 3 umowy – w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 2. ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1. ust. 3 umowy.
2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za niedopełnienie obowiązków wynikających z gwarancji, o której mowa w § 5. umowy, tj.:
 - a) w odniesieniu **do czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii, usterki**, tj. czas przybycia serwisu (podjęcie czynności i rozpoczęcie diagnostyki) karę umowną w wysokości 150,00 zł wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2. ust. 1 za każdy następny dzień zwłoki,
 - b) w odniesieniu **do czasu usunięcia usterek i wykonania napraw** – karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy następny dzień zwłoki,
 - c) w odniesieniu **do terminu wykonania przeglądu technicznego** - karę umowną w wysokości 150,00 zł wartości umowy za każdy następny dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do wykonania przeglądu technicznego.
3. Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne za nienależyte wykonywanie postanowień niniejszej umowy jak również za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

§ 7.

Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę przedmiotu umowy, które odbiega w jakimkolwiek punkcie od zaoferowanego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Kupującego, że przedmiot zamówienia jest niezgodny z ofertą oraz żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny towaru.

§ 8.

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako „siła wyższa”.
2. Dla celów realizacji umowy siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.
4. Stan siły wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
5. Strona nie może powołać się na stan siły wyższej, jeśli okoliczność ta była już Stronie znana w chwili zawarcia umowy.

§ 9.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, stanowiących tajemnicę służbową Kupującego;
 - 2) zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym chronionych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z którymi zapoznał się w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy;
 - 3) nieujawniania tych informacji na rzecz osób trzecich nieuprawnionych do ich pozyskania bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego;
 - 4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań i czynności skutkujących utwaleniem tych informacji bez wiedzy i zgody Kupującego;
 - 5) stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych, tj. zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 6) przestrzegać obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych, tj. ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10.

1. Kupujący przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy dotyczących:
 - 1) aktualizacji danych Sprzedawcy i Kupującego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Sprzedawcy itp.,
 - 2) zmiany osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie,
 - 3) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
 - 4) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dokonania zmian:
 - 1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,
 - 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,
 - 3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:
 - a) opis propozycji zmiany,
 - b) uzasadnienie zmiany,
 - c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
 - 4) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla Kupującego sądowi w Lesznie.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA